

## 水産物の放射線量測定結果

女川町では、女川魚市場に水揚げされた水産物について、宮城県から支給された簡易測定器を使用し、放射線量の測定を実施しています。

平成 25 年 2 月 4 日から 2 月 28 日までの測定結果は、下記のとおりでした。

- ◎測定結果：全てにおいて、厚生労働省が定める一般食品の基準値 100 ベクレル/kgを下回りました。(46 検体中、測定下限値以下・不検出が 45 検体でしたが、マダラ 1 検体で 25.88 Bq/kgの数値が表れました)
- ◎検体数：マサバ 1、サンマ 1、ケムシカジカ 1、スケソウダラ 2、ポンタラ 3、マダラ 10、ヒゲタラ 1、アイナメ 2、エゾアイナメ 1、ヒラメ 4、ミズガレイ 1、マコガレイ 6、アカガレイ 3、ハダガレイ 1、メロウド 3、コアジ 2、ギンザケ 1、ホヤ 1、ウニ 1、イワシ類 1 (20 種類 46 検体)
- ◎測定機器：EMF ジャパン(株) ガンマ線スペクトロメータ (EMF 211 型)